

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۷.۷۷۶	۰.۴۱۵	۴.۰۹۷	۴.۵۱۲	۴.۹۳۷	۵.۳۴۲	۵.۷۵۷	۶.۱۷۲	۶.۵۸۷

مقدار	تاریخ
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۵.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۵.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۵.۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۷
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۵.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۵.۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۴.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۵.۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۵.۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶

مقدار	تاریخ
۵.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵.۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۵.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۵.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۵.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۳

CV%: 6.857	SD: 0.356	Mean: 5.191
------------	-----------	-------------

