

عنوان آزمایش : Primidone  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۱۰.۰۱	۰.۵۰۷	۳.۵۴۳	۴.۰۴۹	۴.۵۵۶	۵.۰۶۳	۵.۵۷	۶.۰۷۷	۶.۵۸۴

مقدار	تاریخ
۴.۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۴.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۴.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۴.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵.۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۴.۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۴.۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶

CV%: 7.241	SD: 0.327	Mean: 4.517
------------	-----------	-------------

