

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۲۶۹	۰.۳۲۷	۴.۲۳۶	۴.۵۶۳	۴.۸۹	۵.۲۱۷	۵.۵۴۴	۵.۸۷۱	۶.۱۹۸

مقدار	تاریخ
۵.۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۵.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۴.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵.۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۵.۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۵.۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

CV%: 5.949	SD: 0.322	Mean: 5.411
------------	-----------	-------------

