

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۴,۶۳۴	۰,۷۲	۲,۷۶۳	۳,۴۸۳	۴,۲۰۳	۴,۹۲۳	۵,۶۴۳	۶,۳۶۳	۷,۰۸۳

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۵,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵,۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۴,۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۴,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۴,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۵,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۵,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۴,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۴,۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۴,۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۵,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 11.563	SD: 0.535	Mean: 4.629
-------------	-----------	-------------

