

عنوان کنترل : ABBOTT-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Progesterone CLIA  
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۶.۶۶۸	۰.۰۶۱	۰.۷۳۴	۰.۷۹۵	۰.۹۱۷	۰.۹۷۸	۱.۰۳۹	۱.۱

مقدار	تاریخ
۰.۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۰.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۰.۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۰.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۰.۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۰.۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۰.۸۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۰.۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۰.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۰.۸۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۰.۸۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۰.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۰.۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۰.۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۰.۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۰.۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱.۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۱.۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۰.۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۱

CV%: 7.962	SD: 0.072	Mean: 0.908
------------	-----------	-------------

