

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

Progesterone CLIA : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳.۷۸۷	۰.۰۳۸	۰.۸۸۱	۰.۹۱۹	۰.۹۹۵	۱.۰۳۳	۱.۰۷۱	۱.۱۰۹

مقدار	تاریخ
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۴
۱.۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۵
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۷
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۸
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۹
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱.۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰.۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۲
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۳

مقدار	تاریخ
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۱.۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱.۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 3.454	SD: 0.034	Mean: 0.983
------------	-----------	-------------

