

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

Progesterone CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۶	۰.۰۸۲	۰.۵۷۸	۰.۶۶	۰.۷۴۲	۰.۸۲۴	۰.۹۰۶	۰.۹۸۸	۱.۰۷

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۰.۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۰.۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۰.۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۰.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۰.۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۰.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۰.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۰.۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۰.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۰.۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

CV%: 5.277	SD: 0.049	Mean: 0.92
------------	-----------	------------

