

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

Progesterone CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۸۵۱	۰.۰۴۳	۰.۷۵۳	۰.۷۹۶	۰.۸۳۹	۰.۸۸۲	۰.۹۲۵	۰.۹۶۸	۱.۰۱۱

مقدار	تاریخ
۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۰.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۰.۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۰.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۰.۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۰.۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۰.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۰.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۰.۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۰.۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۰.۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۰.۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۰.۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۰.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۰

CV%: 3.101	SD: 0.028	Mean: 0.911
------------	-----------	-------------

