

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۱/۱۸:

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱/

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۶	۰.۰۹۲	۰.۶۳۸	۰.۷۳	۰.۸۳۲	۰.۹۱۴	۱.۰۰۶	۱.۰۹۸	۱.۱۹

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱.۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۱.۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۱.۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱.۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱.۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۱.۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱.۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۰.۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۰.۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۰.۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۰.۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۰.۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۰.۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲

CV%: 6.736	SD: 0.065	Mean: 0.961
------------	-----------	-------------

