

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : کوپاس ۶۰۰۰
عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
سری ساخت : *

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱	۰.۵۷۳	۶.۵۶۱	۷.۱۳۴	۷.۷۰۷	۸.۲۸	۸.۸۵۳	۹.۴۲۶	۹.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۷.۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۷.۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۸.۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۷.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۷.۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۷.۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۸.۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۸.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۸.۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۴

CV%: 6.733	SD: 0.543	Mean: 8.06
------------	-----------	------------

