

عنوان کنترل : Universal I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۰۱:

عنوان آزمایش : Progesterone  
عنوان دستگاه : کوپاس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۱	۰.۵۳	۵.۹۶	۶.۴۹	۷.۰۲	۷.۵۵	۸.۰۸	۸.۶۱	۹.۱۴

مقدار	تاریخ
۸.۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱

مقدار	تاریخ
۷.۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۷.۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۷.۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۷.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۷.۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۷.۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۷.۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵

CV%: 2.28	SD: 0.179	Mean: 7.848
-----------	-----------	-------------

