

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۵/۰۹:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱-

Progesterone : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۶	۰.۰۸۲	۰.۵۷۸	۰.۶۶	۰.۸۲۴	۰.۹۰۶	۰.۹۸۸	۱.۰۷

مقدار	تاریخ
۰.۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۰.۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۰.۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۰.۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۰.۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۰.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۰.۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۰.۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۰.۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۰.۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

CV%: 6.613	SD: 0.057	Mean: 0.866
------------	-----------	-------------

