

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۱۱:

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۶	۰.۰۹۲	۰.۶۳۸	۰.۷۳	۰.۸۳۲	۰.۹۱۴	۱.۰۰۶	۱.۰۹۸	۱.۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۱.۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۰.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۱.۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱.۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱.۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱.۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸

CV%: 5.549	SD: 0.055	Mean: 0.994
------------	-----------	-------------

