

Permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Progesterone : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۶۶۳	۲,۳۲۴	۱۷,۰۸۳	۱۹,۴۰۷	۲۱,۷۳۱	۲۴,۰۵۵	۲۶,۳۷۹	۲۸,۷۰۳	۳۱,۰۲۷

مقدار	تاریخ
۲۳,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۲۴,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۱,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲۲,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۴,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۷,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۲۵,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۷,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۲,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 8.8	SD: 2.172	Mean: 24.68
----------	-----------	-------------

