

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۲/۱۸:

سری ساخت : ۲۵۷۱۰۲۱۱

Progesterone : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۶	۰.۰۷۲	۰.۵۰۶	۰.۵۷۸	۰.۶۵	۰.۷۲۲	۰.۷۹۴	۰.۸۶۶	۰.۹۳۸

مقدار	تاریخ
۰.۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۰.۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۰.۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۰.۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱

مقدار	تاریخ
۰.۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۰.۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱
۰.۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
۰.۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۳
۰.۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶

مقدار	تاریخ
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۰.۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۰.۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۰.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷

CV%: 5.941	SD: 0.046	Mean: 0.78
------------	-----------	------------



22