

Permium plus II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۵/۰۱:

سری ساخت : ECT۱۰۷

Progesterone : عنوان آزمایش :  
Simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲.۳۴	۰.۵۴۳	۶.۴۸۱	۷.۰۲۴	۸.۱۱	۸.۶۵۳	۹.۱۹۶	۹.۷۳۹

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۷.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۷.۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۶.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۷.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۸.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۹.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۸.۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۸.۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۶

CV%: 7.038	SD: 0.569	Mean: 8.084
------------	-----------	-------------

