

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : Progesterone CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۹۹۳	۰.۰۵۱	۰.۶۹۴	۰.۷۴۵	۰.۷۹۶	۰.۸۴۷	۰.۸۹۸	۰.۹۴۹	۱

مقدار	تاریخ
۰.۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۰.۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۰.۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۰.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۰.۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۰.۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۰.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۰.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۰.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۵

CV%: 5.476	SD: 0.045	Mean: 0.824
------------	-----------	-------------

