

عنوان آزمایش : Progesterone CLIA
 عنوان دستگاه : ABBOTT

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان کنترل : ABBOTT-1
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
0.982	0.933	0.884	0.835	0.786	0.737	0.688	0.049	5.896

تاریخ	مقدار
12/12/1399	0.8

تاریخ	مقدار
06/12/1399	0.82
09/12/1399	0.8
10/12/1399	0.9
11/12/1399	0.85

تاریخ	مقدار
02/12/1399	0.8
03/12/1399	0.8
04/12/1399	0.84
05/12/1399	0.8

Mean: 0.823	SD: 0.035	CV%: 4.207
-------------	-----------	------------

