

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Prolactin-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۴	۰.۳۹	۲.۷۴	۲.۱۳	۲.۵۲	۲.۹۱	۴.۳	۴.۶۹	۵.۰۸

مقدار	تاریخ
۴.۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴.۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۴.۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۴.۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۴.۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴.۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴.۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴.۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴.۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴.۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴.۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴.۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳.۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴.۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴.۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 3.114	SD: 0.127	Mean: 4.094
------------	-----------	-------------

