

عنوان آزمایش : Prolactin
 عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان کنترل : abbot-1
 شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
4.475	4.348	4.221	4.094	3.967	3.84	3.713	0.127	3.114

تاریخ	مقدار
27/03/1400	4.1
29/03/1400	4.14
30/03/1400	4.14
31/03/1400	4.29

تاریخ	مقدار
20/03/1400	4.2
22/03/1400	4.29
23/03/1400	4.1
24/03/1400	4.15
25/03/1400	4.03
26/03/1400	3.99

تاریخ	مقدار
01/03/1400	4.11
02/03/1400	4.12
03/03/1400	4.14
04/03/1400	4.16
05/03/1400	4
19/03/1400	4.3

Mean: 4.141	SD: 0.094	CV%: 2.277
-------------	-----------	------------

