

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

سری ساخت : /۳۳۴۰۲۳۰۱

عنوان آزمایش : Prolactin

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۹۳۲	۰.۱۱۷	۳.۶۴۳	۳.۷۶	۳.۸۷۷	۳.۹۹۴	۴.۱۱۱	۴.۲۲۸	۴.۳۴۵

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۴.۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴.۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳.۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۴.۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴.۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴.۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۳.۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 2.146	SD: 0.089	Mean: 4.134
------------	-----------	-------------

