

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot
عنوان کنترل : abbot-1
سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۴	۰.۴۳	۳.۰۲	۳.۴۵	۳.۸۸	۴.۳۱	۴.۷۴	۵.۱۷	۵.۶

مقدار	تاریخ
۴.۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۴.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۴.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴.۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۴.۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴.۳۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۴.۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴.۳۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۴.۴۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۴.۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۴.۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۴.۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۴.۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴.۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

CV%: 2.283	SD: 0.101	Mean: 4.413
------------	-----------	-------------

