

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۹/۰۸:

سری ساخت : /-/-/۳۳۴۰۲۳۰۱

عنوان آزمایش : Prolactin  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۴۲	۰.۲۳۷	۲.۹۷۵	۲.۲۱۲	۲.۴۴۹	۳.۶۸۶	۳.۹۲۳	۴.۱۶	۴.۳۹۷

مقدار	تاریخ
۳.۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۴.۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳.۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳.۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳.۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳.۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳.۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۳.۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۳.۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۳.۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۳.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳.۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳.۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳.۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳.۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۳.۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳.۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۳.۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳.۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳.۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۲

CV%: 3.642	SD: 0.137	Mean: 3.769
------------	-----------	-------------

