

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۴	۰.۹۷۸	۱۹.۰۶۶	۲۰.۰۴۴	۲۱.۰۲۲	۲۲	۲۲.۹۷۸	۲۲.۹۵۶	۲۴.۹۲۴

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۰.۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹

مقدار	تاریخ
۲۰.۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۲۰.۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۱.۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۲۰.۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۲۲.۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۱.۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۰.۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۰

CV%: 3.562	SD: 0.75	Mean: 21.06
------------	----------	-------------

