

عنوان کنترل : universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۲۰:

سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۱	۰.۷۹۲	۸.۸۴۹	۹.۶۴۱	۱۰.۴۳۳	۱۱.۲۲۵	۱۲.۰۱۷	۱۲.۸۰۹	۱۳.۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۱۰.۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۰.۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۱۰.۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۱۰.۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۰.۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۱۰.۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۰.۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۱۰.۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۰.۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۰.۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۱۰.۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۰.۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۰.۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۰.۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۰.۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۰.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۰.۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸

CV%: 3.308	SD: 0.358	Mean: 10.832
------------	-----------	--------------

