

biorad III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

سری ساخت : ۴۰۳۸۳

عنوان آزمایش : Prolactin  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۰	۲.۶۵	۳۰.۴	۳۳.۰۵	۳۵.۷	۳۸.۳۵	۴۱	۴۳.۶۵	۴۶.۳

مقدار	تاریخ
۳۶.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۳۸.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۳۸.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۶.۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳۶.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۴۰.۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۳۶.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳۹.۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷

CV%: 4.325	SD: 1.612	Mean: 37.262
------------	-----------	--------------

