

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۰۸:

سری ساخت : ۰۲۲۰۱۰۳۳۴-/-

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۴	۰.۳۹	۲.۷۴	۲.۱۳	۲.۵۲	۳.۹۱	۴.۳	۴.۶۹	۵.۰۸

مقدار	تاریخ
۳.۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳.۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳.۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۳.۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳.۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۳.۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۳.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳.۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۳.۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳.۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳.۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۳.۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳.۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۳.۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳.۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳.۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵

CV%: 6.42	SD: 0.237	Mean: 3.686
-----------	-----------	-------------

