

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۰۸:

سری ساخت : ۱۴۰۱/۰۳۳۴۰۲۲۰۱/-/-

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۳۶۶	۰.۰۸۷	۲.۴۲۸	۲.۵۱۵	۲.۶۰۲	۳.۶۸۹	۲.۷۷۶	۲.۸۶۳	۲.۹۵

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۲.۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲.۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲.۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲.۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۲.۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲.۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۲.۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۲.۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲.۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲.۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۲.۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲.۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 2.264	SD: 0.083	Mean: 3.669
------------	-----------	-------------

