

permium plus II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

Prolactin : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۰۱

Simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۵.۰۴	۳.۹۹۳	۱۴.۵۷۱	۱۸.۵۶۴	۲۲.۵۵۷	۲۶.۵۵	۳۰.۵۴۳	۳۴.۵۳۶	۳۸.۵۲۹

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۲۵.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸
۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴

CV%: 9.387	SD: 2.481	Mean: 26.433
------------	-----------	--------------

