

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت: ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : Prolactin-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳.۹۷۱	۰.۱۴۸	۳.۲۸۸	۳.۴۳۶	۳.۵۸۴	۳.۷۳۲	۳.۸۸	۴.۰۲۸	۴.۱۷۶

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳.۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۳.۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۳.۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۳.۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۳.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۳.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۳.۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۳.۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۳.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 3.583	SD: 0.136	Mean: 3.789
------------	-----------	-------------

