

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1
 شروع کنترل
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : Prolactin-CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۴۰۴	۰.۱۲۹	۳.۴۰۳	۳.۵۳۲	۳.۶۶۱	۳.۷۹	۳.۹۱۹	۴.۰۴۸	۴.۱۷۷

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۳.۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳.۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۳.۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۳.۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۳.۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۳.۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳.۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۳.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳.۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۳.۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳.۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳.۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۳.۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴.۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۳.۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۳.۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 2.4	SD: 0.094	Mean: 3.903
----------	-----------	-------------