

Internal Control

Anti RNP Ab	: آزمایش ۱	۱۴۰۰ شهریور ۲ سه شنبه	: تاریخ
کنترل داخل کیت	: کنترل	EUROIMMUN	: کیت
EUROIMMUN	: شرکت سازنده	EUROIMMUN	: شرکت سازنده
E210217BG	: سری ساخت	E210217BG	: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء	/۰۲/۲۰۲۲	: تاریخ انقضاء
	: مرجع CV مجاز	۶.۳	: CV مجاز
۸۲.۳۳۳	: حد پایین	۱۲۳.۶۶۷	: حد بالا
			: توضیحات

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۰/۰۶/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲	OK	

CV : NaN