

Diasorin I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

سری ساخت : ۷۵۲۰۳۴۱

عنوان آزمایش : (Renin (upright
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۵۱	۱,۲۱۴	۲۳,۶۴۴	۲۴,۸۵۸	۲۶,۰۷۲	۲۷,۲۸۶	۲۸,۵	۲۹,۷۱۴	۳۰,۹۲۸

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۷,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۷,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۵,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۲۵,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸

CV%: 4.877	SD: 1.293	Mean: 26.52
------------	-----------	-------------

