

Diasorin I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

سری ساخت : ۷۵۲۰۲۹۰

Renin (upright)-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵.۷	۲.۱۶۷	۱۹.۴۹۹	۲۱.۶۶۶	۲۳.۸۳۳	۲۶	۲۸.۱۶۷	۳۰.۳۳۴	۳۲.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۹.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۲۷.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹
۲۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲۸.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۲۵.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶

مقدار	تاریخ
۲۶.۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴
۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۲۵.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۲۷.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۲۳.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۲۳.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۲۴.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳
۲۷.۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶
۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰
۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲

CV%: 7.579	SD: 2.021	Mean: 26.658
------------	-----------	--------------

