

عنوان کنترل : con-II
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۹:

سری ساخت : FN00۲۶۳۹۳

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-CLIA
عنوان دستگاه : Abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۱۳	۲۲.۱۱۳	۲۹۴.۳۸۱	۳۱۶.۴۹۴	۳۳۸.۶۰۷	۳۶۰.۷۲	۳۸۲.۸۳۳	۴۰۴.۹۴۶	۴۲۷.۰۵۹

مقدار	تاریخ
۳۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۳۹۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۳۶۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۳۶۰.۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳۵۴.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳۶۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۳۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳۷۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۳۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۳۸۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۳۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۳۶۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳۹۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳۲۹.۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۳۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

CV%: 6.485	SD: 23.462	Mean: 361.771
------------	------------	---------------

