

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۱۲/۰۷:

سری ساخت : ۲۶۰۰۰۹۳۰

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-
CLIA

عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۵	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰

مقدار	تاریخ
۲۹.۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۴.۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۶.۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۲۸.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۲۷.۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۲۹.۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲۴.۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۳۲.۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۵.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۲۶.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۲۵.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۲۴.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۲۵.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۲۴.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵

CV%: 12.626	SD: 3.58	Mean: 28.35
-------------	----------	-------------

