

con-II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۱۰/۱۰:

سری ساخت : fn00۰۹۱۷۳

Rubella Ab (IgG)-CLIA : عنوان آزمایش :  
Abbot : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۷۹۳	۲۲.۷۷۶	۲۶۶.۹۳۹	۲۸۹.۷۱۵	۳۱۲.۴۹۱	۳۳۵.۲۶۷	۲۵۸.۰۴۳	۲۸۰.۸۱۹	۴۰۳.۵۹۵

مقدار	تاریخ
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۳۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۳۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۳۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۳۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۹۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۸۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۷۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۳۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۳

CV%: 6.848	SD: 24.013	Mean: 350.648
------------	------------	---------------



22