

عنوان کنترل : con-II  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۱۰/۱۰:

سری ساخت : fn00۰۹۱۷۳

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-CLIA  
عنوان دستگاه : Abbot

| %CV   | SD     | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN    | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶.۳۳۹ | ۲۱.۸۷۸ | ۲۷۹.۴۷۹           | ۳۰۱.۳۵۷           | ۳۲۳.۲۳۵           | ۳۴۵.۱۱۳ | ۳۶۶.۹۹۱         | ۳۸۸.۸۶۹         | ۴۱۰.۷۴۷         |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۳۳   | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
| ۳۳۵   | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
| ۳۰۹   | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۲۶   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
| ۳۳۴.۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
| ۳۵۱   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
| ۳۲۳   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۱۶   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
| ۳۵۰   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
| ۳۲۱   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
| ۳۲۴   | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| CV%: 3.973 | SD: 13.086 | Mean: 329.345 |
|------------|------------|---------------|

