


عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-CLIA
عنوان دستگاه : لیازون

سری ساخت : 7048020

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
شروع کنترل : 1400/03/13

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
39.783	36.517	33.251	29.985	26.719	23.453	20.187	3.266	10.893

تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار
23/04/1400	24.7	14/04/1400	36.2	05/04/1400	25.6
24/04/1400	27.5	15/04/1400	34.5	06/04/1400	33.1
26/04/1400	26.3	16/04/1400	27.6	07/04/1400	33.5
27/04/1400	26.6	17/04/1400	36	08/04/1400	33.6
28/04/1400	26.2	19/04/1400	33.7	09/04/1400	26.8
31/04/1400	28.6	20/04/1400	33.5	10/04/1400	33.4
		21/04/1400	25.6	12/04/1400	33
		22/04/1400	24.3	13/04/1400	36
Mean: 30.286		SD: 4.217		CV%: 13.923	



% 10.893 SD 3.266 -3SD 20.187 -2SD 23.453 -1SD 26.719 Mean 29.985 1SD 33.251 2SD 36.517 3SD 39.783

چاپ

لیازون

