

عنوان کنترل : con-II
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۵/۲۳:

سری ساخت : /fn00۰۹۱۷۳

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-CLIA
عنوان دستگاه : Abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷	۴۰	۱۸۰	۲۲۰	۳۰۰	۳۴۰	۲۸۰	۲۲۰

مقدار	تاریخ
۳۶۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۳۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۳۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳۵۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۳۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۲۹.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۳۴۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۳۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۲۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۳۱۸.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۲
۳۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۳۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۳۷۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۲۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۳۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۸۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۲۰.۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۲۸.۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۳۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۳۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۳۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۹۵.۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۳۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۳۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۳۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۳۴۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

CV%: 7.616	SD: 25.162	Mean: 330.397
------------	------------	---------------

