

عنوان کنترل : con-II
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۵/۲۳:

سری ساخت : /fn00۰۹۱۷۳

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-CLIA
عنوان دستگاه : Abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷۱۸	۲۵.۵۲۵	۲۵۴.۱۴۸	۲۷۹.۶۷۳	۳۰۵.۱۹۸	۳۳۰.۷۲۳	۳۵۶.۲۴۸	۳۸۱.۷۷۳	۴۰۷.۲۹۸

مقدار	تاریخ
۳۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۳۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۳۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۳۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۳۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۳۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۳۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۳۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۳۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 7.531	SD: 25.496	Mean: 338.545
------------	------------	---------------

