

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۸/۰۸:

سری ساخت : /۷۰۴۸۰۲۰

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-
CLIA

عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۵	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۲۵.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۳۰.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۷.۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲۷.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۷.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۲۷.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳۰.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲۴.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲۴.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۲.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۲۵.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲۵.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۵.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۶

CV%: 8.703	SD: 2.331	Mean: 26.784
------------	-----------	--------------

