

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت

شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۱۲/۰۷:

سری ساخت : ۲۶۰۰۰۹۳۰

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)-  
CLIA

عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۱۳.۶۲۶	۳.۵۸	۱۷.۶۱	۲۱.۱۹	۲۴.۷۷	۲۸.۳۵	۳۱.۹۳	۳۵.۵۱	۳۹.۰۹

مقدار	تاریخ
۲۵.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۳۰.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۳۳.۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۸.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۲۷.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۲۶.۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲۳.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۵.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۲۲.۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۲۳.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۲۱.۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۲۶.۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲

CV%: 12.92	SD: 3.359	Mean: 26
------------	-----------	----------

