

con-II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۱۷:

سری ساخت : -/ -/ FN00۲۶۳۹۳

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : Abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷	۴۰	۱۸۰	۲۲۰	۲۶۰	۳۰۰	۳۴۰	۳۸۰	۴۲۰

مقدار	تاریخ
۳۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۳۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۳۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۳۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۳۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۳۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۳۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۳۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۳۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۳۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۳۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

CV%: 7.711	SD: 26.366	Mean: 341.941
------------	------------	---------------

