

con-II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۱۷:

سری ساخت : -/ -/ FN00۲۶۳۹۳

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : Abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۷۶۲	۲۳.۹۸۸	۲۸۲.۷۶۹	۳۰۶.۷۵۷	۳۳۰.۷۴۵	۳۵۴.۷۳۳	۳۷۸.۷۳۱	۴۰۲.۷۰۹	۴۳۶.۶۹۷

مقدار	تاریخ
۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۳۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۳۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۳۲۱.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۳۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۳۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۳۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۳۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۳۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۳۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۳۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۳۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 8.192	SD: 29.195	Mean: 356.37
------------	------------	--------------

