

عنوان کنترل : con-II
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۱۷:

سری ساخت : -/ -/ FN00۲۶۳۹۳

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : Abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷	۴۰	۱۸۰	۲۲۰	۲۶۰	۳۰۰	۳۴۰	۲۸۰	۲۲۰

مقدار	تاریخ
۳۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۳۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۳۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۳۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳

CV%: 7.333	SD: 25.433	Mean: 346.812
------------	------------	---------------

