

عنوان کنترل : con-II
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : Abbot
سری ساخت : --FN00۲۶۳۹۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۳۶	۲۴,۸۹۲	۲۵۵,۶۲۱	۲۸۰,۵۱۳	۳۰۵,۴۰۵	۳۳۰,۲۹۷	۳۵۵,۱۸۹	۳۸۰,۰۸۱	۴۰۴,۹۷۳

مقدار	تاریخ
۲۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۳۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۳۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۳۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۳۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹

CV%: 8.414	SD: 27.846	Mean: 330.947
------------	------------	---------------

