

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۷۰۴۸۰۶۰
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
کنترل داخل کیت :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۳,۳۳۳	۱۵	۱۸,۳۳۳	۲۱,۶۶۷	۲۵	۲۸,۳۳۳	۳۱,۶۶۷	۳۵

مقدار	تاریخ
۳۱,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۲۷,۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۲۵,۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۳۰,۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۷,۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱
۲۷,۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۴,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۲۷,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳۰,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۸,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳۱,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۳۰,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳۱,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲۴,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۳,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۲۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۳,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۲۴,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۵,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۴,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳

CV%: 12.527	SD: 3.325	Mean: 26.541
-------------	-----------	--------------

