

عنوان کنترل : abbot II  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۱/۲۷:

سری ساخت : R01۲۷۶۱۶

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM  
عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۱	۰.۵۸۳	۱.۷۵۱	۲.۳۳۴	۲.۹۱۷	۳.۵	۴.۰۸۳	۴.۶۶۶	۵.۲۴۹

مقدار	تاریخ
۴.۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۴.۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۳.۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۳.۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۳.۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۴.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۴.۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۴.۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۴.۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۴.۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵

CV%: 8.856	SD: 0.362	Mean: 4.089
------------	-----------	-------------

