

عنوان کنترل : con-II
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : Abbot
سری ساخت : --FN00۲۶۳۹۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۸۱	۲۶,۶۸۲	۲۶۱,۵۹۴	۲۸۸,۲۷۶	۳۱۴,۹۵۸	۳۴۱,۶۴	۳۶۸,۳۲۲	۳۹۵,۰۰۴	۴۲۱,۶۸۶

مقدار	تاریخ
۳۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۳۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۳۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۳۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۲۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۳۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

CV%: 8.082	SD: 27.1	Mean: 335.292
------------	----------	---------------

